

**CERTIFICATE OF ANALYSES / CERTIFICAT D'ANALYSES**

Approuvé par le pilote : CD

Vérifié par Responsable Qualité : NB

Diffusion : Réaliser  
Produits

MAJ : 21/02/2025

Page : 1/1

NOM Produit : Id-Fungi Plates  
Presentation : Petri dishes 90 mm  
Production date : 23/06/2026  
Expiration date : 06/01/2027  
Control date : 24/06/2026

BATCH N° : **42782**

| PHYSICAL-CHEMICAL TESTS                                                                           | SPECIFICATIONS                                 | RESULTS            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| Appearance<br>pH                                                                                  | Beige<br>indicative value                      | CONFORM<br>5,5     |
| MICROBIOLOGICAL STATE                                                                             | SPECIFICATIONS                                 | RESULTS            |
| Direct incubation<br>before and after the membrane set up                                         | Sterile after 7 days<br>at 20-25°C and 30-35°C | CONFORM            |
| MICROBIOLOGICAL ACTIVITY                                                                          | SPECIFICATIONS                                 | RESULTS            |
| <b>Inoculum &lt; 100 CFU</b><br><br><i>Candida albicans</i><br>ATCC 10231 / WDCM 00054            | After 48H-72H at 20-25°C<br>GROWTH             | CONFORM            |
| <b>Inoculum &gt; 100 CFU</b><br><br><i>Escherichia coli</i><br>ATCC 8739 / WDCM 00012             | After 48H at 20-25°C<br>INHIBITION             | CONFORM            |
| <b>Inoculum : N/A</b><br><br><i>Aspergillus brasiliensis</i><br>ATCC 16404 / WDCM 00053           | Until 5 days at 20-25°C<br>GROWTH              | CONFORM            |
| <i>Trichophyton rubrum</i><br>IP 1464.83                                                          | 5 to 10 days at 20-25°C<br>GROWTH              | CONFORM            |
| <b>CONCLUSION</b>                                                                                 | <b>CONFORM</b>                                 | <b>NOT CONFORM</b> |
| <input checked="" type="checkbox"/> BATCH ACCEPTED<br><input type="checkbox"/> BATCH NOT ACCEPTED |                                                |                    |

Date :

08/07/2026

réédition du 08/07/2026

AQ:



CONIDIA CONIPH<sup>Y</sup>  
2 rue en Chuel  
PA en Chuel  
69650 Quincieux – France